



Informazioni per l'utente

Gentile Sig/ra _____
l'esame a cui si sottoporrà oggi ha il fine di monitorare l'attività elettrica del suo cuore durante le 24 ore.

Oggi dovrebbe svolgere le attività abituali segnandole sull'apposito modulo consegnato: i pasti, i riposi, l'attività fisica, l'attività lavorativa, ecc.

Dovrebbe inoltre segnalare qualsiasi tipo di disturbo insorto durante la registrazione, eventuali stress psicologici e il nome e la quantità di farmaci che assume.

Il monitoraggio elettrocardiografico avverrà automaticamente.



ALCUNI ACCORGIMENTI:

- Fare attenzione che non si stacchino gli elettrodi che le saranno posizionati
- Evitare assolutamente di bagnare l'apparecchio: non effettuare doccia o sauna
- Evitare di porre e mantenere l'apparecchio all'esposizione solare o nelle vicinanze di fonti di calore
- Non effettuare esami radiologici
- Evitare l'utilizzo di apparecchi per elettrostimolazione
- Altri dispositivi elettrici possono influire sulla qualità dell'acquisizione

Se portatore di Pace Maker dovrà portare relativa documentazione di impianto che provvederemo a fotocopiare e ad allegare al suo diario.

La attendiamo domattina alle ore 8.00; direttamente presso l'ambulatorio di cardiologia, per la rimozione dell'apparecchio.

Il suo referto sarà pronto fra **7 giorni**, e lo potrà ritirare presso lo sportello accettazione, munito dell'apposito modulo per il ritiro.

Per qualunque tipo di dubbio potrà contattarci telefonicamente allo 0383/945238.

Il personale dell'ambulatorio
di Cardiologia

Posizionato da: _____

Dati scaricati da: _____

Edizione: Settembre 2015