

INFORMATIONS SUR L'UTILISATEUR

La Casa di Cura Villa Esperia utilise le laboratoire MAD Analisi S.r.l. à Voghera (www.madanalisi.it), un laboratoire autorisé et accrédité avec DGR VIII/006936 du 02.04.2008.

INFORMATIONS

Les prélèvements se font au cabinet 6, au rez-de-chaussée, aux horaires suivants :

- Prélèvements de 7h30 à 8h30 chaque lundi et mercredi.
- Collecte des échantillons de 7h30 à 8h30 chaque lundi et mercredi

Les analyses sont réalisées dans la journée.

Les résultats sont disponibles dans la journée indiquée par le personnel et/ou sur le bon de retrait.

Le retrait des résultats se fera au centre de collect pendant les horaires d'ouverture.

EXAMENS PRIS EN CHARGE PAR LE SYSTÈME DE SANTÉ NATIONAL

Veuillez vous présenter à l'accueil muni des documents suivants :

- Ordonnance médicale sur papier à en-tête de la Région de résidence.
- Carte Vitale ou Carte Régionale des Services.
- Pièce d'identité.

Le tarif en vigueur est celui du système de santé national de la Région Lombardie, y compris les éventuelles exemptions de ticket modérateur.

Certamente! Ecco la traduzione in francese du texte "ESAMI A PAGAMENTO":

EXAMENS PAYANTS

Veuillez vous présenter à l'accueil muni des documents suivants :

- Carte Vitale ou Carte Régionale des Services.
- Ordonnance médicale (si disponible).
- Pièce d'identité.

Le tarif en vigueur est consultable à l'accueil.

DÉLAIS DE LIVRAISON DU REFERT

TYPE D'EXAMEN	DÉLAI DE LIVRAISON
Chimie clinique	le même jour
Coagulation	le même jour
Hématologie	le même jour
Marqueurs hépatiques	le même jour

INFORMATIONS SUR L'UTILISATEUR

Marqueurs tumoraux	le même jour
Hormones thyroïdiennes	le jour même
Hormones de fertilité	le jour même
Dosage des médicaments	le jour même
Virologie	le jour même
Sérologie	en un jour
Auto-anticorps	une semaine
Microbiologie	48 heures
Intolérances	le même jour
Cytologie urinaire	une semaine
Écouvillon antigénique Sars-Cov2 de troisième génération	le même jour
Écouvillon moléculaire Sars-Cov2	24 heures

IMPORTANCE D'UNE PRÉPARATION ADÉQUATE AUX PRÉLÈVEMENTS SANGUINS

Le comportement adéquat du patient avant un prélèvement sanguin contribue grandement à la précision du diagnostic. À l'inverse, le non-respect de quelques règles simples peut altérer, de manière significative, les paramètres sanguins que l'on souhaite analyser. Il est donc important d'être conscient de certaines conditions qui peuvent contribuer à l'inexactitude d'un résultat d'analyse.

Alimentation

L'ingestion d'aliments entraîne des variations des paramètres biochimiques. La concentration des triglycérides augmente immédiatement après un repas ; en réponse à l'absorption des graisses, le sérum/plasma devient plus ou moins trouble, ce qui peut interférer avec la phase analytique. L'augmentation des triglycérides revient à la valeur de base après 8 à 10 heures. Pour standardiser au mieux cette variable, il est donc préférable de prélever le sang pour toute analyse (lorsque cela est possible) à jeun. Lorsqu'il n'est pas possible de jeûner, il faut toujours se demander si les résultats des analyses peuvent être influencés par l'ingestion d'aliments.

Un jeûne prolongé a des effets biologiques : par exemple, un jeûne prolongé altère la production de nombreuses hormones et entraîne une diminution du taux des protéines, des lipides et des électrolytes dans le sérum.

Activité physique

Il est préférable que le patient ambulatoire n'effectue pas d'exercices physiques intenses avant un prélèvement (par exemple, la course). Cette activité peut en effet influencer certains paramètres : par exemple, l'acide lactique ou certains enzymes, comme la CK, la LDH et l'AST augmentent.

Contrôle de l'état d'anxiété et conditions particulières

L'anxiété, la fièvre, le stress excessif, les vomissements, la diarrhée, un traumatisme récent et toutes les autres conditions s'écartant de la normale peuvent altérer les paramètres sanguins ; en tant que tels, ils doivent être signalés à l'infirmier lors du prélèvement.

Il est recommandé, dans la mesure du possible, d'éviter le stress psychologique ; le patient doit toujours être rassuré et détendu. Pour certains paramètres biochimiques, il peut y avoir des altérations

INFORMATIONS SUR L'UTILISATEUR

dues à cela : on sait, par exemple, que le stress influence les fluctuations de la concentration de prolactine.

Critères d'acceptabilité des échantillons

Pour certains examens effectués par le laboratoire d'analyses, des règles de préparation spécifiques sont prévues (voir points suivants), dont le non-respect peut nécessiter la répétition de l'examen, par exemple :

- l'utilisation de contenants inappropriés (ou différents de ceux prévus par les règles de préparation),
- des contenants sales à l'extérieur ou non conformes aux normes de sécurité en vigueur,
- des échantillons conservés ou transportés de manière inadéquate.

Dans ces cas, et dans tous les cas où une non-conformité serait constatée lors de l'analyse de l'échantillon, l'utilisateur pourrait être contacté pour répéter le prélèvement ou la collecte de l'échantillon.

COLLECTE DES ÉCHANTILLONS

Vous trouverez ci-après les modalités correctes de collecte des échantillons.

- **EXPECTORATIONS**

Les crachats doivent être collectés dans un récipient stérile à large goulot (disponible en pharmacie ou en laboratoire).

Rincez abondamment la cavité buccale avec quelques gargarismes à base d'eau.

Effectuez une expectoration profonde et récupérez les crachats directement dans le récipient.

Fermez hermétiquement et correctement le récipient ; apportez-le immédiatement au laboratoire.

Chez les sujets incapables de recueillir les crachats en raison d'une incapacité du réflexe de toux ou d'une mauvaise sécrétion bronchique, l'administration de mucolytiques ou d'expectorants est recommandée dans les deux jours précédant l'examen.

- **EXCES**

Coproculture – H. pylori – Rota/Adénovirus – Calprotectine

Attention! N'ajoutez pas de conservateurs dans le récipient de collecte.

Si possible, évitez de collecter les matières fécales directement dans la cuvette des toilettes ou dans le récipient de transport. Utilisez le récipient en plastique stérile approprié avec une cuillère de collecte pour le transport.

Recueillir une quantité de matières fécales égale à une noisette (ou une quantité équivalente si les selles sont pulpeuses ou liquides). Si plusieurs échantillons sont nécessaires pour l'analyse, prélevez les échantillons à des jours différents et consécutifs (par exemple, prélevez 3 échantillons de selles sur 3 jours successifs).

Livrer les échantillons le jour même du prélèvement ou, lorsqu'il y a plusieurs échantillons, il est possible de les livrer tous ensemble au laboratoire le même jour (le dernier du prélèvement). Pendant la période de stockage à domicile, conservez-les le plus loin possible des sources de chaleur et à l'abri du soleil.

INFORMATIONS SUR L'UTILISATEUR**Parasites**

Pour le transport, utiliser le récipient en plastique stérile approprié avec une cuillère de collecte, contenant éventuellement un conservateur approprié (par exemple du formol).

Recueillir une quantité de matières fécales égale à une noisette (ou une quantité équivalente si les selles sont pulpeuses ou liquides). Si plusieurs échantillons sont nécessaires pour l'analyse, prélevez les échantillons à des jours différents et consécutifs (par exemple, prélevez 3 échantillons de selles sur 3 jours successifs).

Livrer les échantillons le jour même du prélèvement ou, lorsqu'il y a plusieurs échantillons, il est possible de les livrer tous ensemble au laboratoire le même jour (le dernier du prélèvement). Pendant la période de stockage à domicile, conservez-les le plus loin possible des sources de chaleur et à l'abri du soleil.

Recherche sur le sang occulte

Attention! Ne collectez pas de selles si vous avez des hémorroïdes hémorragiques et/ou un flux menstruel. Il n'est pas nécessaire de suivre un régime sans viande. Recueillir une quantité de matières fécales égale à une noisette (ou une quantité équivalente si les selles sont pulpeuses ou liquides).

Si plusieurs échantillons sont nécessaires pour l'analyse, prélevez les échantillons à des jours différents et consécutifs (par exemple, prélevez 3 échantillons de selles sur 3 jours successifs).

Livrer les échantillons le jour même du prélèvement ou, lorsqu'il y a plusieurs échantillons, il est possible de les livrer tous ensemble au laboratoire le même jour (le dernier du prélèvement). Pendant la période de stockage à domicile, conservez-les le plus loin possible des sources de chaleur et à l'abri du soleil.

- **URINE**

Analyse d'urine complète (chimique – physique – microscopique)

Utiliser de préférence des récipients spéciaux jetables, propres (gobelets et tubes à essai disponibles en pharmacie ou laboratoires) ;

Après avoir éliminé le premier jet, prélevez un échantillon adéquat à mi-jet (au moins 10 ml d'urine) lors de la première miction matinale.

Livrer l'échantillon le plus tôt possible au laboratoire avant 10 heures (pour éviter les modifications morphologiques des composants du sédiment, croissance de bactéries, alcalinisation, etc.).

urines de 24 heures

Jetez l'urine de la première miction du matin, notez l'heure et recueillez dans un seul récipient toute l'urine émise au cours des 24 heures suivantes, y compris l'urine de la première miction du lendemain matin.

Conserver le récipient dans un endroit frais ou au réfrigérateur (2°-8° C) et à l'abri de la lumière directe du soleil.

Livrer toute l'urine au laboratoire ou, à défaut, une aliquote, en prenant soin d'indiquer la diurèse, dans les 10 heures du matin.

Pour certaines déterminations analytiques (acide 5hydroxyindoleacétique-homovanilicvanilmandélique, adrénaline-norépinéphrine, dopamine, catécholamines totales, métanéphrinenorméthanéphrine, 3méthoxytyramine, calcium-). phosphore, etc.), il est indispensable d'acidifier les urines avant de commencer le prélèvement en ajoutant environ 5 ml de HCl 5M.

Culture d'urine**Patients adultes**

INFORMATIONS SUR L'UTILISATEUR

Utiliser uniquement des récipients stériles jetables appropriés (verres à col large avec bouchon à vis disponibles en pharmacie ou laboratoire).

Lavez soigneusement les organes génitaux externes avec de l'eau et du savon neutre, rincez abondamment et ne séchez pas.

Rétractez le prépuce chez les hommes et séparez les grandes lèvres chez les femmes. Après avoir éliminé le premier jet, récupérez le jet intermédiaire directement dans le récipient lors de la première miction matinale.

Afin de permettre la moindre contamination possible de l'échantillon, le récipient doit rester ouvert pendant le temps strictement nécessaire au prélèvement, en évitant de toucher les parois internes avec les mains ou autre chose et immédiatement fermé hermétiquement et correctement. Livrez l'échantillon au laboratoire le plus tôt possible avant 10 heures.

Patients pédiatriques

Attention! La méthode de collecte d'urine suivante chez les patients pédiatriques doit être effectuée avec prudence afin d'éviter la contamination de l'échantillon par des matières fécales et/ou périnéales.

Placez l'enfant en position verticale.

Lavez-vous les mains à l'eau et au savon, rincez et séchez soigneusement (si possible portez des gants stériles).

Laver les organes génitaux externes et le périnée de l'enfant avec de l'eau et du savon neutre, rincer abondamment et ne pas sécher.

Ouvrir le sac stérile en évitant de toucher l'intérieur et l'appliquer sur le périnée et la région sus-pubienne et stimuler de manière appropriée la miction de l'enfant (si l'enfant a des difficultés à uriner, retirer le sac toutes les 20 minutes et répéter la procédure de positionnement jusqu'au prélèvement de l'échantillon).

Recueillir les urines et fermer la poche à l'aide de la languette adhésive appropriée.

Placer la poche en position verticale dans le récipient stérile sans verser l'urine et fermer le récipient en vissant soigneusement le bouchon.

Livrez l'échantillon au laboratoire le plus tôt possible avant 10 heures.

Microalbuminurie**Microalbuminurie : urines du matin**

Utiliser de préférence des récipients jetables spéciaux et propres (gobelets et tubes à essai disponibles en pharmacie ou laboratoires).

Après avoir éliminé le premier jet, prélevez un échantillon d'urine adéquat (au moins 10 ml) lors de la première miction du matin immédiatement au réveil, en évitant toute activité physique avant le prélèvement.

Livrez l'échantillon au laboratoire le plus tôt possible avant 10 heures.

Microalbuminurie : urines de 24 heures

Jetez l'urine de la première miction du matin, notez l'heure et recueillez dans un seul récipient toute l'urine émise au cours des 24 heures suivantes, y compris l'urine de la première miction du lendemain matin.

Conserver le récipient dans un endroit frais ou au réfrigérateur (2°-8° C) et à l'abri de la lumière directe du soleil pendant toute la période de collecte.

Livrer la totalité des urines au laboratoire ou, à défaut, une partie, en prenant soin d'indiquer la diurèse, avant 10 heures.

 VILLA ESPERIA CASA DI CURA	COLLECT D'ENCHATILLON	Fevrier 2025
INFORMATIONS SUR L'UTILISATEUR		

Examen cytologique urinaire

Utiliser uniquement des récipients stériles jetables contenant un fixateur adapté à l'éthanol à 70 %, à collecter exclusivement auprès de notre laboratoire.

Lavez les parties génitales avec de l'eau et du savon neutre, rincez abondamment et séchez soigneusement.

Après avoir éliminé le premier jet d'urine, prélever un échantillon adéquat de l'urine intermédiaire (au moins 50 ml d'urine) lors de la première miction du matin, directement dans le pot stérile contenant le fixateur (éthanol à 70 %), en atteignant la ligne noire.

Conservez le récipient dans un endroit frais et à l'abri de la lumière directe du soleil pendant toute la période de collecte.

Recueillir 3 échantillons d'urine sur 3 jours différents et consécutifs et les envoyer tous ensemble au laboratoire le même jour (le dernier du prélèvement).

Remplissez complètement le formulaire d'acceptation dans toutes ses parties et joignez-le aux 3 échantillons d'urine. Livrez le tout le matin avant 10h.