VILLA ESPERIA
CASA DI CURA



HOLTER PRESSORIO DELLE 24 ORE

Informazioni per l'utente

Gentile Sig./ra _____
l'esame a cui si è sottoposto oggi servirà per monitorare la sua pressione arteriosa nell'arco delle 24 ore.
Oggi dovrebbe svolgere le attività abituali segnandole sull' apposito modulo consegnatole: i pasti, i riposi, l' attività fisica, l' attività lavorativa, , ecc.
Dovrebbe inoltre segnalare qualsiasi tipo di disturbo insorto durante il monitoraggio e il nome e la quantità dei farmaci che assume.
Ogni rilevazione viene annunciata da un segnale acustico.
Le rilevazioni della pressione arteriosa avverranno in automatico, ogni 15 minuti durante il giorno e ogni 30 minuti durante la notte.

ALCUNI ACCORGIMENTI:

- Tenere il braccio esteso e rilassato il più possibile durante la rilevazione di ogni singola misurazione
- Evitare assolutamente di bagnare l'apparecchio: evitare doccia o sauna per tutta la durata della registrazione
- Non effettuare esami radiologici
- Evitare l'utilizzo di apparecchi per elettrostimolazione
- Altri dispositivi elettrici possono influire sulla qualità dell'acquisizione

La attendiamo domattina alle 8.00, direttamente presso l'ambulatorio di cardiologia, per la rimozione dell'apparecchio.
Il suo referto sarà pronto fra **7 giorni**, e lo potrà ritirare allo sportello accettazione, munito dell'apposito modulo per il ritiro.
Per qualunque tipo di dubbio potrà contattarci telefonicamente al numero 0383/945238.

Il personale dell'ambulatorio
di Cardiologia

Posizionato da: _____

Dati scaricati da: _____

Edizione: Settembre 2015

CASA DI CURA VILLA ESPERIA S.P.A.
Sede legale: viale dei Salici, 35 - 27052 Godiasco Salice Terme (PV)
tel. 0383 945211 - fax 0383 91209 - info@villaesperia.it - www.villaesperia.it
Cap. Soc. 499.200,00 € i.v. - C.F. e n° iscr. reg. imprese 04774260584 - P.IVA 04927230153 - R.E.A. 155864
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della società CLU S.p.A.
CERTIFICAZIONE DI SISTEMA QUALITÀ DNV·GL ISO 9001